
第75回日本臨床眼科学会 併設器械展示会実施要項

2021年10月8日(改訂版)

一般社団法人 日本眼科医療機器協会

第75回日本臨床眼科学会併設器械展示会実施要項 目次

1. 学 会 長	3
2. 学 会 場	3
3. 学会会期	3
4. 展示会期	3
5. 展示会場	3
6. 展示日程	3
7. 未承認品の手続	4
8. 基礎小間	5
9. 特装	6
10. 小間割	8
11. 荷物の受付・発送	8
12. 駐車場及び搬入出車輛の注意事項	9
13. 消防法関係の注意及び禁止事項	9
14. 出展物の管理と免責	9
15. 損害賠償	10
16. 飲食物の提供について	10
17. 展示会入場証について	10
18. 学会場への入場	11
19. 新型コロナウイルス感染症対策及び展示会場活動について	11
展示に関する「提出期限」一覧	13

第 75 回日本臨床眼科学会併設器械展示会実施要項

1. 学 会 長 鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 先進治療科学専攻
感覚器病学講座 眼科学研究分野 坂本 泰二 教授

2. 学 会 場 福岡国際会議場、福岡サンパレス、マリンメッセ福岡 A 館

3. 学会会期 2021 年 10 月 28 日(木) ～ 31 日(日)

4. 展示会期 2021 年 10 月 28 日(木) ～ 30 日(土)

5. 展示会場 マリンメッセ福岡 A 館

マリンメッセ福岡 A 館
〒812-0031 福岡県福岡市博多区沖浜町 7-1 TEL : (092)262-3111(代)

出展会社 80社 635小間 (協会会員80社 協会非会員1社)

基礎小間 B級 (間口1,800mm×奥行き900mm) 社名板付

注) 出展企業者が他社ブースに許可なく入場することは禁じられています。

注) 出展企業者が他社ブースの展示物、パンフレット等に許可なく触れないでください。

注) 許可なく出展社ブースの写真を撮らないでください。

注) 当会場は、搬入出経路および車輛の台数が限定されています。混雑緩和を図り円滑な作業を行うため、時間指定制による時差搬入出とさせていただきます。12項の搬入出車輛の注意事項をご参照の上、ご理解とご協力をお願いいたします。

6. 展示日程 【添付スケジュール表参照】

1)会場使用時間

① スミ出し及び基礎小間設営	10月26日(火)	9:00～17:00
② 特 装	島小間	10月26日(火) 11:00～17:00
	基礎小間	10月26日(火) 14:00～17:00
	島小間	10月27日(水) 9:00～12:00
③ 展示品搬入	基礎・島小間	10月27日(水) 9:00～17:00
④ 展示		10月28日(木) 9:00～17:00
		29日(金) 9:00～17:00
		30日(土) 9:00～16:00
⑤ 撤去・搬出製品搬出 造作物の解体・搬出	10月30日(土)	16:00～18:00
	同 上	16:30～20:00

* 展示会開催時間について変更になることもございます。予めご了承ください。

尚、変更になった際にはメールとホームページにてご案内いたします。

* 脚立の持込み、ブースの解体、造作物撤去等に関して来場者の事故に繋がる事がございます。各社の展示責任者が確実に責任をもって施工会社に時間厳守をご指示ください。

* **展示会場入館前に、搬入、搬出に携わる全員に対して検温を実施致します。**

37.4度以下の場合、検温モニターのプリンターから印刷された検温シール若しくは展示事務局より検温済みのシールをお渡ししますので、目立つ部分に貼って作業を行ってください。37.5度以上の方は入館できません。

2) 残業について

搬入作業の残業は展示受付へ「残業申請」を行ってから残業してください。

設営日(26日,27日)の 17時以降の作業を行う場合は残業される各社に、残業費(会場費)をご負担いただきます。複数社の場合は按分致します。予めご了承ください。

7. 未承認品の手続

出品を希望される企業は学会長に対し出展申請し、申請により学会長が学術振興に寄与すると認めた場合に限り、出展要請をされることとなります。

違反事項があった場合は、展示委員会にて出展をお断りすることもあります。

1. 展示ブース内表示について

当該品目が未承認品であり、販売・授与できないことが明らかにわかる様に次の要領で未承認品ごとに表示板をつけてください。

1) 表示内容：『薬機法未承認品につき販売・授与は一切できません』

単に「学術参考品」、「薬事申請中」、「未承認品」、「参考出品」などの表示だけでは不適當です。

2) 表示形式・・・卓上式、立て看板式、バックパネル提示式

3) 文字規定：

色・・・・・・・・・・白地に黒文字

書体・・・・・・・・・・MSP

ゴシックサイズ・・・24P～72P

展示会場では「出展条件」を確認、周知徹底の上、当該展示品の管理・保管を徹底してください。

展示会場搬入当日までに、当該未承認品の展示場所をブース平面図に図示して当協会事務局に提出してください。

2. 出展条件について

未承認品であり、販売・授与できない旨を表示すること。

製造方法、効能・効果、性能に関する標榜は精密かつ客観的に行われた実験のデ

一タ等事実に基づいたもの以外は行わないこと。

関連資料等の配布は原則として行わないこと。

但し、医師の要望に応じて電源を入れる、研究発表論文別冊等、既に評価を受けた学術論文を提出することはこの限りではない。(カタログ類は広告宣伝に該当しますので、配布はできません。)

展示終了後は、販売・授与せず、廃棄、返送等の適切な措置を取ること。

*詳細については協会ホームページの「薬機法未承認品の出展申請について」を参照ください。

*未承認品手続きが必要な製品とは「薬機法の届出、第三者認証、大臣承認（PMDAが審査）が必要な製品（クラスⅠ～クラスⅣに該当する製品）」に限ります。届出、第三者認証であっても提出していなければ未承認扱いになります。

【未承認申請書類 提出先】

一般社団法人 日本眼科医療機器協会 事務局 宛
〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-2-5 九段ビル 9F
TEL : 03-5276-9841 FAX : 03-5276-9842
提出期限 : 9月24日(金)

8. 基礎小間 【添付基礎小間姿図参照】

- 1) 1小間のスペースは、間口 1,800mm×奥行 900mm(B級)です。
- 2) バックパネル(高さ 2,400mm)を立て、加工紙で経師します。
- 3) パラペット前面に社名板を取り付けます。
- 4) 基礎小間の詳細は添付の『基礎小間姿図』をご参照ください。
- 5) 電気配線(100V/60Hz)を施工し、1小間につき 2口コンセント(任意場所)1個及び蛍光灯(40W)1本を取り付けます。
- 6) 超過電気工事費について

1小間につき 300w を超える場合は、超過分について規定の料金を申込者に負担して頂きます。

100V 1.5Kw を超える場合の配線はブレーカー迄とし、それから先の配線はコンセントを含め特装扱いとなります。

また、200V のお申込みにつきましては、幹線からの引込みからブレーカーまでその経費は全額お申込者負担となります。

ブレーカー位置など電気設備についてのご希望は、2021年10月14日(木)までに下記の設営業者に図面を添えて申し出てください。

所要電力増量、ブレーカー位置変更、配線変更等は全て申込者負担の有料です。

設営業者が直接「電気工事費」として請求しますので、個別にご清算ください。
2021年10月8日(金)までに添付の展示申告用紙にご記入の上、提出してください。

- 7) 時間外送電及び 24 時間送電を希望される方は事前に設営業者宛ご照会ください。別途料金を申し受ける場合もあります。
- 8) 設営業者

株式会社アコースト コーポレーション
担 当：赤堀 良浩 様 宛
〒650-0046 神戸市中央区港島中町 6-1 神戸商工会議所会館 9F
TEL：078-304-5937 FAX：078-304-5938
e-mail：akahori@accost.co.jp

9. 特装

- 1) 特装工事を行うときは、10月8日(金)までに添付申告用紙により装飾施工業者名を登録してください。展示会場施設に入るときは入口で検温を受けて、37.4 度以下と認められた作業員のみ、ご入館いただけます。37.5 度以上の方は入館できません。

作業員は所属・氏名を明記したネームカードを用意し、常時装着してください。

- 2) 消防法関係の規則、手続きが厳重です。


12 項「消防法関係の注意及び禁止事項」を参照して厳守してください。

- 3) 基礎小間(横一列・ブロックを含む)の装飾高さ制限は 2,400mm です。

- 4) 島小間について

島小間の装飾高さ制限は 4,000mm ですが 2,400mm を超える構造のときは 1) と共に 10 月 14 日(木)までに必ず協会事務局と株式会社アコーストコーポレーション宛に装飾図面(小間平面図・立体図及びパース図 3 点:平面図には分電盤位置記載)を添えて申請し承認を得てください。但し、通路に面した外辺から 600mm (セットバック)部分は、2,400mm を超えることはできません。また、どの位置から見ても景観を損なうことなく、かつ近辺のブースに悪影響のないよう配慮してください。尚、事前に申し出がなく 2,400mm を越える構造物については現場で撤去をお願いすることもあります。通路に面して小間内に高さ 1,200mm を超える壁を設ける場合には、一辺の長さが 3 分の 1 以上はオープンの状態にして周辺のブースの視認性が悪くならないように配慮してください。

尚、高さ制限に係わらずパース図をご提出いただく場合もあります。



5) 重量物に関して

展示物や装飾物の重量が 100kg を超える場合は、荷重の分散を図るとともに床面保護のための養生（厚さ 1 cm 程度のコンパネ敷）をして床面を損傷することのないよう十分ご注意ください。また、搬入出する際の経路も同様に養生してください。

6) 当展示会場では会場床面、壁面、柱、扉等に鉋、アンカー、釘、糊、テープ、針金等による工作をすることは出来ません。又、車輛の会場内への進入は出来ません。なお、各社で出されたゴミ及び廃材は各社で処理をお願いいたします。

7) 特装作業時には基礎小間設営や他ブースの作業などが併行しますので他の作業の妨害や通路を塞ぐことの行為が無いようご注意ください。

8) 会場の指導により高所作業時には必ずヘルメット及び安全帯を着用してください。

(下の作業員も含む)。また脚立に乗っての作業時にも必ずヘルメットを着用してください。脚立の天板に立っての作業は安全性の観点から行わないでください。安全性の確保のため、イントレ等は正しく組み立てて作業してください。

会場側から危険と判断される作業を発見した場合、ブース設置作業を中止して頂く事がありますのでご注意ください。注意勧告をした後でも改善されない場合は出展できない場合もありますので予めご了承ください。尚、施工作业中に事故が起きて展示会の開催ができなくなる場合は当該企業に展示会にかかわる全ての費用と展示参加企業に対する賠償及び学会に対する賠償責任を全て負って頂きます。

9) <搬出に関する注意事項>

10月30日(土)器械撤収時間(16:00~18:00)となっております。搬出時の製品梱包作業は16:00から、脚立等の持ち込み、ブース解体、造作物撤去等は30分後の16:30からとします。安全確保のため、施工会社に厳守して頂くように出展会社の展示責任者が責任をもって通達を徹底してください。

10) ブース解体で出たゴミは各社でお持ち帰りください。

【**函面提出先**】

一般社団法人 日本眼科医療機器協会 事務局 宛

TEL : 03-5276-9841 FAX : 03-5276-9842

e-mail : tenji-op@joia.or.jp

株式会社アコースト コーポレーション 赤堀 良浩 様 宛

TEL : 078-304-5937 FAX : 078-304-5938

e-mail : akahori@accost.co.jp

10. 小間割

原則として、令和2年度臨時総会において行われた抽選のくじ順を考慮して、別紙小間割図の通り決定しました。出展者が小間の全部、または一部を譲渡・交換することは禁止させていただきます。

11. 荷物の受付・発送

- ①10月27日(水)展示品搬入当日、運送業者により持ち込まれる小口の展示用品等は、当該出展企業の担当者が展示会場でお受け取りください。
- ②送状は正確に記載してください。すべての荷物に『**荷物貼付票**』を必ず貼付してください。貴社のブース名を記載する場合、ブースがある程度完成していない時間の指定をされると配送トラブルになる可能性があります。時間指定にはご配慮ください。
- ③受取が不可能な場合、送状に「**器械展示会場受付止め**」と「**貴社名**」の記載のあるものについては代わって受け取ることも可能です。事前に事務局に社名、個数、荷姿、指定時間等をご連絡ください。但し、荷物についての破損、紛失等の責任は当該出展企業で負うものとしします。
- ④ヤマト運輸以外の宅急便使用の場合は搬入日必着指定で下記宛先までお送りください。
- ⑤搬出時の運送業者はヤマト運輸を予定しています。集荷場所は現段階では未定です。10月30日に展示受付でご確認ください。

【**荷物の送付先**】

マリンメッセ福岡 A 館 展示事務局受付

〒812-0031 福岡県福岡市博多区沖浜町7-1 TEL : (092)262-3111(代)

*会社名・担当者名・TEL (当日連絡のつくご連絡先をご記入ください)。

12. 駐車場及び搬入出車輛の注意事項

- 1) 当会場は搬入出経路及び車輛の留置き台数が限られています。混雑緩和を図り、円滑な作業を行うため時間指定制による時差搬入出とさせていただきますので事情ご理解頂きご協力をお願い致します。
- 2) 時間指定による時差搬入出となりますので事前の申請が必要です。申告用紙により搬入出車輛を10月8日(金)までに申請してください。申請に基づき指定の搬入出時間指定の「車輛証」をお送りします。当日は警備係員が誘導いたしますのでフロントガラスに提示のうえ指定時間厳守で会場搬入口から指示に従って展示ホール荷捌場へ進入してください。荷捌場は駐車場ではありませんので速やかに作業を行って移動してください。
- 3) 展示会場は感染防止対策のガイドラインに則り会場のレイアウトを作成しております。会場に空箱用ストックスペースをご用意いたします。ストックスペースをご使用の際は各社で整理、整頓、秩序を守りご使用ください。皆様のご理解、ご協力をお願い致します。
- 4) 搬入出の時間は別途(株)アコースト コーポレーションよりご連絡いたします。

13. 消防法関係の注意及び禁止事項

消防法関係の規則、手続きが厳重です。

下記事項等に違反した場合には施工の変更、取り壊し、危険物の撤去を命ぜられますのでご注意ください。ご不明な点は事務局までご相談ください。

- ①防炎表示：展示用合板、繊維、カーペット、カーテン、テーブルクロス等は全て防炎処理済で、防炎ラベルが貼付けされたもの以外の使用は禁止です。(ラベル防炎番号の届出が必要です。)
- ②天井構造：天井張り、屋根付展示物及び屋根付装飾物の設置は禁止されています。造作上の天井取り付けは禁止です。天井を暗幕またはメッシュで全部または部分的に覆う場合も消防署へ届出が必要な場合もあります。その上、消火器・検出器等の設置条件がありますので天井構造は避けてください。
- ③禁止：展示会場で喫煙や裸火の使用、高圧ガス、その他の危険物(油類・プロパンガス等)を持ち込むことは規定により禁止です。

14. 出展物の管理と免責

会期中の保全・管理に最善の注意を払いますが、出展物の保全に関しては、出展社自身で行ってください。また、盗難・紛失等を含めたあらゆる原因から生じる損失又は損害について、運営事務局はその責任を負いませんので予めご了承ください。

15. 損害賠償

出展社は、自己またはその代理人の不注意などによって生じた会場設備、または展示会場の建造物、人身などに対する一切の損害賠償について責任を負うこととなりますのでご注意ください。

16. 飲食物の提供について

新型コロナウイルス感染防止対策の一環として、展示ブース内で接客・商談の際の飲料等のご提供はやめてください。来場者並びに出展者の安全確保のため、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

17. 展示会入場証について

- 1) 福岡国際会議場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、展示会場において最大入場者数が制限されます。この為、出展者の人数制限も余儀なくされる事から、今回は各企業名のみ記載した入場証を出展小間数に応じ下記の枚数を配布させていただきます。展示ブースで説明・対応は入場証着用の方だけでお願い致します。

◎入場証配布枚数

小間サイズ	枚数	小間サイズ	枚数	小間サイズ	枚数	小間サイズ	枚数
1～2 小間	4	3～4 小間	5	6～8 小間	8	10～20 小間	12
25～35 小間	15	40～50 小間	20	60 小間	20		

* 賛助会員企業は1社4枚を、非会員は1社4枚を上限とさせていただきます。

尚、新型コロナウイルス感染拡大防止対策としての人数制限の為、入場証の追加発行は行いません。また、学会登録証でブースでの説明員はご遠慮ください。

ご理解、ご協力をお願いいたします。

- 2) 当協会展示規定第 10 条(出展者の義務)の規定を確認厳守してください。
特に入場証の着用は厳正に行ってください。着用のない場合には、入場をお断わり、もしくは退場して頂きますのでご協力ください。
ネームカードケース・ストラップはご使用分を各自ご持参ください。
新規のネームカードケースが必要な場合には有料(200 円/枚)とさせていただきます。
- 3) 入場証は搬入日(27 日)の午後から配布いたします。展示受付にお越しくください。

- 出展しない正会員、賛助会員、非会員の入場証の申込みは協会 HP から

展示会入場証 申込：2021年10月1日(金)～10月14日(木)予定

入場証は1社4枚までといたします。

18. 学会場への入場

協会が発行する展示担当者用入場証では学会場に入場する事は出来ません。

学会講演聴講を目的として学会場に入場する場合には正規の学会登録が必要です。

19. 新型コロナウイルス感染症対策及び展示会場活動について

新型コロナウイルス感染症対策として、出展者及び来場者の安全を守るために遵守事項を記載致します。

学会参加者（ブース説明員、学会登録者）の入場可能な条件として下記①または②の要件の遵守をお願いいたします

①新型コロナウイルスワクチン2回接種済みの方。

②来場される日から遡り72時間以内のPCR検査又は抗原検査で陰性が確認された方。

搬入日も含みます。例：10月27日の搬入に参加される場合は10月24日～26日、10月28日参加の場合は10月25日～27日の間に検査を実施して頂き、陰性の方でお願いします。（複数日来場される場合は最初に来場される日程の事前72時間以内に行った検査で結構です）協会へ陰性証明書の提出は不要です。

※抗原簡易キットを購入の場合は、薬機法承認を得ている医療用抗原検査キットをご使用ください。研究用のキットは不可。

<https://www.mhlw.go.jp/content/000836277.pdf> を参照ください。

ブース説明員は協会指定の「健康状態申告書」（参加日毎・参加個人別）を提出して頂きます。感染防止にご理解、ご協力をお願いいたします。

この書類をお忘れになりますと入館できない場合がありますのでご注意ください。

学会登録証を付けてブースでの製品説明はご遠慮ください。ブースアテンドの人数制限を行っていますので展示会場入場証を付けた方だけでお願いします。

製品説明員の交代の際、入場証の受渡しは展示会場内ではできません。（感染防止のため、入場証の無い方は会場内に入れません）

2) マリンメッセ福岡に搬入出日、展示会開催日に入館される際に、全ての出展者、小間施工会社、搬入業者を搬入口で検温を実施します。

37.4度以下の場合、検温モニターのプリンターから印刷された検温シール若しくは展示事務局より検温済みのシールをお渡ししますので、目立つ部分に貼って作業を行っ

てください。37.5 度以上の方は入館できません。

新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）をダウンロードし、登録してください。

- 3) ブース説明員はマスクの着用を義務付けます。（2～3 層の不織布マスク又は N95 と同等の性能のマスクを着用ください）機器の操作説明時、場合によっては手袋も併用してください。製品説明において、参加者も接触する可能性がある場合は、使用前後に製品を消毒する等のご対応をお願いいたします。

サンプル、ギミックの配布は禁止と致します。

販促資材も手渡しは禁止致します。スペースを設けて参加者各自が持ちかえる事ができるように工夫してください。

- 4) 出展者同士の通路での不必要な会話、来場者へ大声での呼び込みや強引な誘導はしないでください。ブース内での商品説明、商談等行う際は、社会的距離をとるなど三密を避ける対応をしてください。距離が取れない場合は、フェイスシールド着用等を検討してください。商談スペースを設けるブースは飛沫防止パーテーション等の設置をお願いします。商談時の飲食の提供について、感染防止の観点からご遠慮ください。また、許可なく他社ブースへの侵入、パンフレットの取得、写真撮影を行わないでください。ご協力をお願いいたします。

- 5) 展示責任者は感染が疑われるスタッフが発生した時は、該当者を速やかに隔離して医療機関及び保健所に連絡して指示を受けて行動してください。その後に学会、展示事務局へ速やかに詳細報告を行うようにしてください。

◎下記に該当する方や症状の方の学会、展示会への来場は固くお断りいたします。

各社で責任を持って参加者の管理をお願いいたします。

- ・過去 2 週間以内に感染、および拡大している国、地域への訪問歴のある方
- ・発熱があり検温の結果、37.5 度以上の発熱がある方
- ・咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、味覚・嗅覚障害、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐 等

*各社で搬入出及びブース製作を外部業社に依頼される場合、各社担当者が責任を持って作業参加者リストを作成し、学会から提出を要求された場合に対応できるように、社名、氏名、連絡先、健康状態(体温含む)等記録してください。

*学会終了後 2 週間以内に学会、展示に関わった方で 新型コロナウイルス陽性の症状が確認された場合は協会事務局へ報告してください。協会から学会長及び運営事務局へ報告させていただきます。

提出期限一覧

各種申請書類

① 薬機法未承認品目出展申請書類

提出先：展示事務局 宛

〒1020074 東京都千代田区九段南 2-2-5 九段ビル 9F

日本眼科医療機器協会 展示事務局 宛

提出期限： 9月24日(金)

② 展示申告用紙

島小間装飾高さが 2,400mm を超える構造などの申請等

提出先：株式会社アコーストコーポレーション

担当：赤堀 良浩 様 宛 e-mail：akahori@accost.co.jp

提出期限： 10月8日(金)

③ 図面

提出先：展示事務局 宛 e-mail：tenji-op@joia.or.jp

提出先：株式会社アコーストコーポレーション

担当：赤堀 良浩 様 宛 e-mail：akahori@accost.co.jp

提出期限： 10月14日(木)

◆お問い合わせ先◆

一般社団法人 日本眼科医療機器協会
事務局担当：角倉/佐々木
〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-2-5
九段ビル 9 階
TEL:03-5276-9841
FAX:03-5276-9842
URL <http://www.joia.or.jp>